



## خلاصه شرایط استفاده از مارک‌های قلبی با کاربرد POCT

### مقدمه:

دامنه کاربرد این دستورالعمل آزمایش‌های بر بالین بیمار (POCT) است که خارج از محیط آزمایشگاه مرکزی، و توسط کارکنان غیر آزمایشگاهی بیمارستان‌ها، مراکز جراحی محدود، آمبولانس و حوزه پیش بیمارستانی انجام می‌شود؛ و تمام وسایل تشخیص بر بالین بیمار (کمی و کیفی) که برای اندازه‌گیری مارک‌های قلبی در مراکز تشخیصی درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند، را شامل می‌شود.

### ضوابط

- در هر مرکز، نیازسنجی و تصمیم‌گیری در مورد انتخاب و استفاده از وسایل تشخیص بر بالین بیمار (POCT) باید توسط کمیته POCT آن مرکز (شامل مسئول فنی آزمایشگاه و پزشکان بالینی متقاضی استفاده از POCT، و غیره) انجام شود.
- انتخاب وسیله توسط کمیته POCT باید با توجه به نیازسنجی اولیه و در نظر گرفتن Cutoff Point و سایر ویژگی‌های عملکردی مندرج در بروشور وسیله باشد.
- وسيله تشخیصی انتخاب شده باید دارای تاییدیه کیفیت و مجوز ورود یا تولید از مراجع قانونی باشد.
- کمیته POCT باید از طریق آزمایشگاه مرکزی بیمارستان، به طور مستمر بر عملکرد مناسب وسایل در مراحل پیش بیمارستانی و بیمارستانی نظارت داشته و با واکاوی نتایج کنترل‌های مورد استفاده توسط کاربران، از کیفیت نتایج و عملکرد مناسب وسایل اطمینان حاصل نماید.
- نتیجه منفی اولیه که از وسایل تشخیص بر بالین بیمار به دست می‌آید، به هیچ وجه نباید ملاک رد بیماری قلبی و ترخیص بیمار قرار گیرد. بدیهی است تصمیم‌گیری در مورد بیمار باید مطابق پروتکل‌های مصوب بیمارستان و بر اساس اندازه‌گیری‌های متوالی در فواصل زمانی معین انجام شود.

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو نرسیده به خیابان حافظ، کوچه کیخسرو و شاهرخ پلاک ۴۸ آزمایشگاه مرجع سلامت

نمابر: ۶۶۷۲۸۱۲۱

تلفن: (139) 66728113